ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «АПЛИСЕНС» (ООО «АПЛИСЕНС»)

наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (в случае, если имеется) индивидуального предпринимателя

142450, Россия, Московская область, Ногинский район,
г. Старая Купавна, ул. Придорожная, д. 34

адрес места осуществления деятельности

Поверка средств измерений

условный шифр знака поверки

№ п/п	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
1	2	3	4	5	6
1	Измерения давления, вакуумные измерения	Манометры, вакуумметры, мановакуумметры деформационные показывающие, сигнализирующие	(- 0,1…60) МПа	КТ (0,4…4)	
2		Манометры кислородные	(0,1…40) МПа	КТ (1…4)	
3		Преобразователи давления, разности давлений	ВПИ (- 0,1… 60) МПа ВПИ (- 3000…[- 100]) Па ВПИ (100…3000) Па	ПГ ±(0,05… 1,6) % ПГ±(0,1…1,6) % ПГ±(0,1…1,6) %	
4		Преобразователи абсолютного давления	ВПИ (3…110) кПа ВПИ (110 кПа…8 МПа)	ПГ ±(0,05… 1,6) % ПГ ±(0,05 … 1,6) %	
5	Теплофизические и температурные измерения	Термометры биметаллические, манометрические	(-75…300) °С	ПГ ±(1…10) °С	
6		Термопреобразователи сопротивления	(-75…660) °С	КД А, В, С	
7		Преобразователи термоэлектрические	(-75…1100) °С	КД 1, 2, 3	
8		Преобразователи температуры измерительные	(-75…660) °С (0...20) мА (0...10) В (660…1100) °С (0...20) мА (0...10) В	ПГ ±(0,2…8) °С ПГ ±(4…10) °С	

1	2	3	4	5	6
9	Измерения электрических и магнитных величин	Амперметры постоянного тока	(0…25) мА	ПГ ±(0,1...4) %	
10		Вольтметры постоянного тока	(0…12) В	ПГ ±(0,1...4) %	
11		Измерители-регуляторы, измерительные преобразователи сигналов	(0…25) мА (0…12) В (0…320) Ом	ПГ ±(0,05...4) % ПГ ±(0,05...4) % ПГ ±(0,075...0,125) Ом	
12		Барьеры искрозащиты	(0…25) мА (0…12) В	ПГ ±(0,05...4) %	

Генеральный директор
должность уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

П.А. Маркин
инициалы, фамилия уполномоченного лица